INSTRUÇÃO DE USO:

KIT CÂNULA PARA ARTROSCOPIA E SUTURA DE DISCO TMJ ROSS

Nome Técnico: Kit Cirúrgico
Matéria-prima: Aço Inox, Poliacetal e Silicone
Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)
Validade: 3 anos

Fabricante: ROSS Usinagens LTDA.
R. Antônio Moyses, 376 - Vila Pagano.
CEP: 13277-240 – Valinhos/SP.
CNPJ: 33.281.634/0001-19 - BRASIL
Telefone: (19) 3869.8892
Site: www.ross.ind.br

Responsável Técnico: Ramon Santos Segin – CREA-SP - 5070884526

Produto Estéril
Dispositivo Médico de Uso Único
PROIBIDO REPROCESSAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Kit Cânula para Artroscopia e Sutura de Disco é um conjunto de dispositivos médicos não implantáveis, não ativos, invasivos cirurgicamente e de uso único, sendo indicados para auxiliar na perfuração, insuflação, visualização, remoção total ou parcial de articulações, ossos e tecidos moles em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia.

INDICAÇÃO DE USO

O Kit de instrumentais está indicado para o tratamento de Disfunções da Articulação Temporomandibular (DTM). O kit também é indicado para utilizações em articulações como joelho, ombro, tornozelo, cotovelo, punho, coluna, e em oftalmologia como ouvido, nariz, garganta e cérvix.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO

O uso do dispositivo é contraindicado em pacientes com alergia conhecida aos materiais constituintes do instrumental ou com infecção ativa ou inflamação não controlada na região.

COMPONENTES DO KIT

- 135.1810009 CANULA FIBER TMJ;
- 135.18100011 GUIA 2.7 TMJ;
- 135.1810001 INSERTOR CORTANTE TMJ;
- 135.1810002 GUIA COM OLHAL TMJ;
- 135.1810003 PINÇA AXILIAR TMJ;
- 135.1810004 INSERTOR AFIADO TMJ;
- 135.1810005 INSERTOR ROMBA TMJ;
- 135.1810007 PUNÇÃO AGULHA RETA TMJ;
- 135.1810008 INSERTOR GANCHO TMJ;
- 135.18100010 GUIA 1,5 TMJ;
- 135.1810006 PUNÇÃO PERFURANTE TMJ.

EMBALAGEM

O kit é comercializado primariamente em embalagem estéril, que garante a esterilidade e a proteção do produto.

A embalagem secundária é confeccionada e personalizada com o logo e informações da empresa e rotulada com etiqueta adesiva com dados do produto como código, descrição, número de lote, data de validade, número do registro do produto na ANVISA, dentre outros.

A embalagem de transporte (terciária) é uma caixa simples de papelão, própria para envios, rotulada com etiqueta adesiva com dados e informações necessárias para o correto transporte.

MODO DE USO

O produto somente deve ser manipulado por médico habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

Realizar o procedimento cirúrgico conforme a técnica cirúrgica necessária.

O cirurgião encarregado de executar o procedimento é o responsável pela escolha dos parâmetros, seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica adequada para boa execução do ato cirúrgico.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a formação do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

CUIDADOS COM MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

Durante o manuseio, evitar quedas e impactos que possam comprometer a funcionalidade do instrumento.

Utilizar equipamentos de proteção individual durante o manuseio.

O instrumental deve ser conservado em ambiente limpo, seco e ventilado, com temperatura ambiente e umidade relativa abaixo de 70 %, longe de luz solar direta.

Durante o transporte, utilizar embalagens que garantam a integridade física dos dispositivos. Caso algum instrumento seja danificado durante transporte ou armazenamento, este deve ser segregado e descartado.

DESCARTE DE MATERIAIS

Após o procedimento, retire a guia, inutilize-a e descarte-a em locais apropriados para resíduos de serviços de saúde, evitando riscos de contaminação e acidentes, conforme RDC 222/2018.

Embalagens plásticas e de papel devem ser descartadas em lixo reciclável.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Os procedimentos devem ser efetuados apenas por profissional habilitado, que seja treinado e familiarizado com esses procedimentos.

O uso inadequado dos materiais, pode resultar em lesões ao paciente ou ao profissional de saúde.

Não utilizar instrumentais ou produtos com a embalagem danificada.

EFEITOS ADVERSOS

O uso incorreto do dispositivo pode acarretar vários efeitos adversos, comprometendo a segurança do paciente, como lesões, infecções e contaminações, além de comprometer a eficácia do procedimento.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas referente ao produto, entrar em contato com a ROSS MEDICAL através dos seguintes canais: sgq@ross.ind.br ou pelo telefone (19) 3869.8892

Para o envio do produto ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico.

Fabricante: ROSS Usinagens LTDA.
R. Antônio Moyses, 376 - Vila Pagano.
CEP: 13277-240 – Valinhos/SP.
CNPJ: 33.281.634/0001-19 - BRASIL
Telefone: (19) 3869.8892
Site: www.ross.ind.br

Responsável Técnico: Ramon Santos Segin – CREA-SP - 5070884526